



INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

41-819 Zabrze

tel. (+48-32) 271 64 81, 271 70 40, fax (+48-32) 271 74 70

e-mail: ipis@ipis.zabrze.pl, Internet: www.ipis.zabrze.pl

Znak sprawy: TG/2141-5/2015

Zabrze, 10.08.2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z instalacją chromatografu jonowego do równoległej analizy anionów i kationów nieorganicznych.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający, na podstawie Art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp. przekazuje treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę, w której zostanie zaoferowany detektor konduktometryczny w zakresie od 30 do 55 st. C i stabilności temperaturowej poniżej 0,01 st. C?

Odpowiedź nr 1:

Nie, gdyż zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stabilność temperatury powinna wynosić 0,001°C.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę, w której zostanie zaoferowana pompa wysokosprawna, dwutłokowa z materiału inertnego, z zakresem przepływu od 0,05 do 5 ml/min?

Odpowiedź nr 2:

Tak

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę, w której zostanie zaoferowane termostatowanie kolumn w zakresie od 5 st. C powyżej temperatury otoczenia do 60 st. C?

Odpowiedź nr 3:

Tak

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający wymaga dostarczenia autosamplera?

Odpowiedź nr 4:

Tak

John
Kant
Złoty

DYREKTOR

dr inż. Franciszek Pistelok