



INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

41-819 Zabrze

tel. (+48-32) 271 64 81, 271 70 40, fax (+48-32) 271 74 70

e-mail: ipis@ipis.zabrze.pl, Internet: www.ipis.zabrze.pl

Znak sprawy: TG/2141-5/2015

Zabrze, 11.08.2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z instalacją chromatografu jonowego do równoległej analizy anionów i kationów nieorganicznych.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający, na podstawie Art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp. przekazuje treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę, w której pomimo nie spełnienia warunków stabilności temperaturowej (wg SIWZ – 0,001 st. C) oraz zakresu termostatowania (wg SIWZ – 20-50 st. C) wykonawca gwarantuje dostawę aparatu zdolnego do analizy oznaczania anionów i kationów nieorganicznych na poziomie stężeń pojedynczych ppb dzięki zastosowaniu wydajnych systemów supresji i kolumn o bardzo dużej pojemności oraz możliwości bezpośredniego podawania próbek o objętości powyżej 1000 µl?

Odpowiedź nr 1:

Tak.

Handwritten signature:
Zleir

DYREKTOR
Handwritten signature of Franciszek Pistelok
dr inż. Franciszek Pistelok